



Referencia: BA1024

Ficha Técnica

Producto: **Muller Kauffmann Tetrathionate-Novobiocin Broth MKTTn****Especificación**

Medio de enriquecimiento selectivo para salmonelas, según la norma ISO 6579.

**Presentación**

10 Frascos

Botella 125 ml

con: 100 ± 3 ml

**Encajado**1 caja con 10 botellas de 125 ml. Tapón inyectable:  
tapón plástico con rosca. No se recomienda la  
utilización de jeringas con agujas de diámetro  
superior a 0,8 mm.**Caducidad**

12 meses

8-25 °C

**Composición**

Composición (g/l):

Sales biliares N.º 3.....	4,7800
Extracto de carne.....	4,3000
Peptona de caseína.....	8,6000
Cloruro sódico.....	2,6000
Carbonato cálcico.....	38,700
Tiosulfato sódico. 5 H <sub>2</sub> O.....	47,800
Verde brillante.....	0,0096
Novobiocina.....	0,0400

**Descripción/Técnica**

El Caldo de Tetrathionato es un medio clásico para el enriquecimiento de patógenos intestinales, sobre todo los miembros de género *Salmonella*, a partir de materiales muy contaminados con otras bacterias, como heces, orina, aguas fecales, etc.

Durante la preparación, al añadir el yodo al medio de cultivo se forma tetrathionato a partir del sulfato y esta sal, junto con las sales biliares provoca una fuerte inhibición de la mayoría de bacterias intestinales, excepto aquellas capaces de reducir el tetrathionato, como las salmonelas. Esta reducción libera ácido sulfúrico, que queda neutralizado por el carbonato presente, impidiéndose así un fuerte descenso del pH, que sería perjudicial incluso para las salmonelas.

Sin embargo, muchas especies de *Proteus* resisten bien la concentración de sales biliares y además son capaces de reducir el tetrathionato, por lo cual muchos autores preconizan la adición simultánea de otros inhibidores, como verde brillante en solución al 0,1% que inhiben además a la microbiota Gram positiva o bien otras sustancias de acción más específica, como novobiocina en concentraciones comprendidas entre 4 y 40 mg/L.

Tecnica:

El precipitado blanco es de carbonato cálcico y debe considerarse normal.

Recoger, diluir y preparar muestras y volúmenes según sea necesario de acuerdo a las especificaciones, directivas, reglamentos oficiales estándar y / o resultados esperados.

Proceder de acuerdo a la normativa UNE - ISO 6579 : 2017, inoculando las muestras de acuerdo a sus especificaciones.

Inmediatamente antes de inocular el medio Muller-Kauffmann Tetrathionate Novobiocin Broth (MKTTn), suplementar los tubos/botellas con la solución Ioduro. Iodurada (064-V11108) a razón de:

2 ml de Sol. Yodo/Yoduro por cada 100 ml de medio base.

0.2 ml de Sol. Yodo/Yoduro por cada 10 ml de medio base.

Inocular asépticamente tubos o botellas con la muestra previamente preparada.

Incubar 24±3h a 37±1 °C.

Proceder a subcultivo para confirmar aislamiento de *Salmonella spp* en medios selectivos como XLD.

Cada laboratorio evaluará los resultados según especificaciones.



Referencia: BA1024

Ficha Técnica

Producto: **Muller Kauffmann Tetrathionate-Novobiocin Broth MKTTn****Control de Calidad****Control Físico/Químico**Color : Verde - Turbidez Blanca pH:  $8.0 \pm 0.2$  a  $25^\circ\text{C}$ **Control de Fertilidad**Añadir suplementos c.s.p. funcionalidad - rango práctico  $100 \pm 20$  UFC. Min. 50 UFC (Productividad)/  $10^4$ - $10^6$  UFC (Selectividad).

Añadir 20ml/l de solución yodo yodurada

Metodología analítica acorde con ISO 11133:2014/A1:2018; A2:2020.

Aerobiosis. Incubación a  $36 \pm 2$  °C, lectura a las  $24 \pm 3$  h

Realizar Subcultivo tras incubación en medios adecuados

Control microbiológico según normativa ISO 11133:2014/ A1:2018.

**Microorganismo***Enterococcus faecalis* ATCC® 29212, WDCM 00087*Escherichia coli* ATCC® 8739, WDCM 00012*S. typhimurium* (14028) + *E. coli* (8739) + *Ps.* (27853)*S. enteritidis* (13076) + *E. coli* (8739) + *Ps.* (27853)**Desarrollo**

Inhibido; &lt; 10 UFC Recuperación en TSA

Parcialmente Inhibido;  $\leq 100$  UFC Recuperación en TSAColn. caract. de *Salmonella* in XLD ( $37^\circ\text{C} \pm 1$  /  $24 \pm 3$  h)  $\geq 10$  UFC.Coln. caract. de *Salmonella* in XLD ( $37^\circ\text{C} \pm 1$  /  $24 \pm 3$  h)  $\geq 10$  UFC.**Control de Esterilidad**Incubación 48 h a  $30$ - $35^\circ\text{C}$  y 48 h a  $20$ - $25$  °C: SIN CRECIMIENTO

Verificación a 7 días tras incubación en las mismas condiciones.

**Bibliografia**

- DIN Standard 10160 Untersuchung von Fleisch und Fleischerzeugnissen: Nachweis von Salmonellen. Referenzverfahren.
- DIN Standard 10181 Mikrobiologische Milchuntersuchung: Nachweis von Salmonellen. Referenzverfahren.
- DOWNES, F.P. & K.ITO (2001) Compendium of methods for the microbiological examination of foods. 4<sup>th</sup> ed. APHA. Washington. DC. USA.
- FDA (Food and Drug Adminstrations) (1998) Bacteriological Analytical Manual. 8<sup>th</sup> ed. Revision A. AOAC International. Gaithersburg. MD. USA.
- FIL-IDF Standard 93 (2001) Milk and milk products: Research of *Salmonella*.
- HORWITZ, W. (2000) Official Methods of Analysis. 17<sup>th</sup> ed. AOAC International. Gaithersburg. MD. USA.
- ISENBERG, H.D. (1992) Clinical Microbiology Procedures Handbook. Vol. 1. APHA. Washington. DC. USA.
- ISO Standard 6579-1 (2017) Microbiology of food chain - Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of *Salmonella* - Part 1 : Detection of *Salmonella spp.*
- ISO Standard 6785 (2001) Milk and Milk Products - Detection of *Salmonella spp.*
- ISO Standard 3565 (1975) Meat Products: Reference Method for detection of *Salmonellae*.
- ISO 11133:2014/ Adm 1:2018. Microbiology of food, animal feed and water. Preparation, production, storage and performance testing of culture media.
- KAUFFMAN, F. (1931) Ein Kombiniertes Anreicherungus verfahren für Typhus und Paratyphus Bazillen.Zblt. Bakt Microbiol. Hyg Abt. I. Orig. 119:148.
- MARSHALL, R.T. (1993) Standard methods for the examination of dairy products. 16<sup>th</sup> ed. APHA Washington. DC. USA.
- MULLER, L. (1923) Un nouveau milieu d'enrichissement pour la recherche du bacille typhique est des partyphyques. Comp. Rend. Soc. Biol. 89:434-437.
- U.S. PHARMACOPOEIA (2002) 25<sup>th</sup> ed. <61> Microbial Limits Test. US Pharmacopeial Convention Inc. Rockville. MD. USA.