

Incubación 24h a 32.5 ± 2.5 °C y 72h a 32.5 ± 2.5 °C: Satisfactorio

Incubación 7 días a 32.5 ± 2.5 °C: Resultado Satisfactorio - SIN

BIBLIOGRAFIA

SLANETZ , L.W. & BARTLEY, C.H. (1957). Numbers of Enterococci in Water, Sewage and Faeces Determined by The Membrane Filter technique with an Improved Medium. J. Bact, 74:591-596.

Spanish Legislation: O.M. 8.5.1987 del M.R.C. y S.G. (B.O.E. 13.5.1987).

ISO 7899-2 (1984)

CeNAN (1976). Normas recomendadas para el Examen Microbiológico de los Alimentos. Ap. 16, Pag. 39. Madrid.

ATLAS, R.M., LC. PARKS (1993) Handbook of Microbiological Media. CRC Press, Inc. London.

REACTIVOS PARA DIAGNOSTICO S.L.

J. Tura 9H Nave 24
Pol.ig. Industrial Mas d'en Cisa
08181 SENTMENAT - SPAIN
Tel. 93.715.45.73 / fax. 93.715.25.58

Fecha: